

93 Kan ikke åpne medisindispenseren

Mangler nøkkel

Eksisterende tiltak | Vurdering før tiltak | 1,00 | 2,00 | 2,00 -> **Legg til tiltak**

Kontakt med hjelpemidler lager (eksisterende tiltak)

Påvirker: Konsekvens

Hjelpemidler lager har ekstra nøkkel

Tjenestested følger rutinene ved dispensere (eksisterende tiltak)

Påvirker: Sannsynlighet**97 Strømbrudd over 24 timer**Eksisterende tiltak | Vurdering før tiltak | 3,00 | 2,00 | 6,00 -> **Legg til tiltak**

Låse ut medisiner og gi manuelt (eksisterende tiltak)

Påvirker: Konsekvens**92 Teknisk overvåking blir ikke utført**Eksisterende tiltak | Vurdering før tiltak | 2,00 | 2,00 | 4,00 -> **Legg til tiltak**

Rutiner for overvåking (eksisterende tiltak)

Påvirker: Konsekvens

Hver 24 time ukedager

Rutiner for overvåking helger og helligdager (eksisterende tiltak)

Påvirker: Sannsynlighet**85 Teknisk portal mistet kontakt med dispenseren**Eksisterende tiltak | Vurdering før tiltak | 3,00 | 2,00 | 6,00 -> **Legg til tiltak**

Dispenseren må sjekkes (eksisterende tiltak)

Påvirker: Konsekvens

Kontakt med tjenestemottaker/tjenestested/teknikker

91 Tjenestemottaker fjerner strømtilførselEksisterende tiltak | Vurdering før tiltak | 3,00 | 2,00 | 6,00 -> **Legg til tiltak**

Gjenopprette strømtilførsel (eksisterende tiltak)

Påvirker: Konsekvens

Kontakt med tjenestemottaker/tjenestested/teknikker

Opplæring (eksisterende tiltak)

Påvirker: Sannsynlighet**96 Tjenestemottaker har ikke nok kunnskap bruken av dispenser**Eksisterende tiltak | Vurdering før tiltak | 3,00 | 2,00 | 6,00 -> **Legg til tiltak**

Opplæring (eksisterende tiltak)

Påvirker: Sannsynlighet**95 Tjenestemottaker tar ikke medisinene**Eksisterende tiltak | Vurdering før tiltak | 3,00 | 3,00 | 9,00 -> **Legg til tiltak**

Kontakte tjenestemottaker (eksisterende tiltak)

Påvirker: Konsekvens

Revurdering av bruk av medisindispenser (eksisterende tiltak)

Påvirker: Sannsynlighet Konsekvens**Kommentarer**

0 kommentarer

Signere ROS vurdering